

广东医科大学顺德妇女儿童医院
(佛山市顺德区妇幼保健院)

高档彩色超声诊断仪等第七批医疗设备

项目需求书

一、项目概况：

根据医院业务发展需要，拟采购高档彩色超声诊断仪医疗设备一批，现对此批设备项目进行市场调研。

二、项目内容及需求：

序号	项目名称	主要功能或目标	需满足的要求	数量	总预算 (万元)	备注
1	高档四维彩色超声诊断仪	适用于妇产为主，兼适用于成人心血管、腹部及浅表器官的超声检查。能开展胎儿四维成像、盆底功能、宫颈弹性分析、卵泡智能检测及子宫输卵管造影等检查。	要求配备经腹容积、经腔内容积、成人心脏、浅表器官线阵、腹部探头等。	2	320	
2	高档彩色超声诊断仪	适用于成人、儿童全身脏器超声检查。能开展乳腺、甲状腺智能分析、甲乳超声造影、肝脏等腹部脏器超声造影检查等。	要求配备成人和儿童心脏、浅表器官线阵、腹部探头、腔内探头等。（如两台为同一牌子，浅表探头可互用为宜，一为血管为主，另一为肌骨为主）	2	230	
3	高档便携彩色超声诊断仪	适用于新生儿、儿童、成人心血管、颅脑、腹部及浅表器官的全身脏器的床旁超声检查。	要求配备：儿童心脏、颅脑、腹部探头；成人心脏、腹部探头；浅表器官（高频线阵）探头等。	1	50	

三、售后服务要求：

1. 免费提供操作、维护、维修培训。
2. 保修期：3 年以上。
3. 到货时，设备软、硬件为最新版本。
4. 验收前必须提供设备相关合格的性能报告。
5. 如果医院需要将设备接入医院信息系统，中标人负责按医院要求将设备接入医院信息系统，所需的硬件、软件以及接入费由供应商承担。