

广东医科大学顺德妇女儿童医院
(佛山市顺德区妇幼保健院)

高频电外科系统等批医疗设备

项目需求书

一、项目概况：

根据医院业务发展需要，拟采购高频电外科系统等医疗设备一批，现对此批设备项目进行市场调研。

二、项目内容及需求：

序号	项目名称	项目需求要求	数量	总预算 (万元)	备注
1	高频电外科系统	满足泌尿系、妇科手术使用等离子电切。与现有的宫腔镜、泌尿系统电切内镜匹配，包含大血管闭合功能	1	100	
2	主动升温系统	用于手术病人术中升温，维持体温；升温效果好、稳定。易消毒。	3	9.8	
3	麻醉机	满足早产新生儿或低体重患儿使用，带电子流量计、PVC-VG通气、肺复张及麻醉气体分析等	1	60	
4	手术床	满足多类型手术患者使用，电动腰桥、电动腿板、截石位架、侧卧位架、俯卧位头架	1	40	
5	产床	1.带轮移动床体；2.可整体升降；3.头和脚端升降；4.脚端带活动使用脚架。5.左右两边双手拉提用力柄。	1	6	
6	中心监护系统	方便医生查阅，实时的任意时点数据回放。 系统应包括但不限于以下功能： 1.病人管理，转科管理，床位分类，交接班管理 2.护理管理：医嘱转抄执行，护理病程记录，自动计算出入量，护理文书打印、护理工作统计，护理质控，护理绩效 3.临床计算与评估，包括但不限于以下评分：Apache评分，风向评估，Glasgow昏迷评分，Braden压疮评分，跌倒附床评估，疼痛评估，多器官功能障碍综合症MODS评分表，Purgh-Childer评分等， 4.数据采集与交换层，能够与重症医学科的所有设备进行互联，并能完成以下管理：	1	9	

		设备监控管理、设备连接管理、数据采集管理、数据转换管理，异常数据报警、集中日志管理，可视化报告管理。 5. 要能满足ICU现有的迈瑞和宝莱特两个品牌的心电监护仪。			
7	婴儿床	下面有框架，可放尿片、奶粉等东西，最好可配小蚊帐	49	14.7	
8	移动空气消毒机	方便移动，能满足一定空间空气消毒的正常需求	25	15	

三、售后服务要求：

1. 免费提供操作、维护、维修培训。
2. 保修期：3 年以上。
3. 到货时，设备软、硬件为最新版本。
4. 验收前必须提供设备相关合格的性能报告。
5. 如果医院需要将设备接入医院信息系统，中标人负责按医院要求将设备接入医院信息系统，所需的硬件、软件以及接入费由供应商承担。