

广东医科大学顺德妇女儿童医院
(佛山市顺德区妇幼保健院)

手持式裂隙灯等批医疗设备

项目需求书

一、项目概况：

根据医院业务发展需要，拟采购手持式裂隙灯等医疗设备一批，现对此批设备项目进行市场调研。

二、项目内容及需求：

序号	项目名称	项目需求要求	数量	总预算（万元）	备注
1	手持式裂隙灯	手持、可拍摄及录视频，适用不同年龄、体位（尤其适用于婴幼儿）眼前节的检查	1	4.8	
2	生物显微镜	带电脑、含摄影和录像功能	1	3	
3	弱视治疗仪（一）	儿童弱视治疗，双目彩色立体12功能	10	4	
4	弱视治疗仪（二）	单眼弱视治疗，单目弱视训练彩色立体十二功能	3	1.2	

三、售后服务要求：

1. 免费提供操作、维护、维修培训。
2. 保修期：3年以上。
3. 到货时，设备软、硬件为最新版本。
4. 验收前必须提供设备相关合格的性能报告。
5. 如果医院需要将设备接入医院信息系统，中标人负责按医院要求将设备接入医院信息系统，所需的硬件、软件以及接入费由供应商承担。