

广东医科大学顺德妇女儿童医院  
(佛山市顺德区妇幼保健院)

超脉冲二氧化碳激光机等批医疗设备

项目需求书

## 一、项目概况：

根据医院业务发展需要，拟采购超脉冲二氧化碳激光机等医疗设备一批，现对此批设备项目进行市场报价。

## 二、项目内容及需求：

序号	项目名称	主要功能或目标	项目需求要求	数量	总预算 (万元)	备注
1	超脉冲二氧化碳激光机	能够用于切除肿物、疤痕修复、面部年轻化	最小脉宽0.1ms；配光学图形扫描器；扫描输出图形大小、间距、扫描程度可调；开机自检，具有激光功率电流监测功能	1	50	
2	激光照射治疗仪	适用于过敏性鼻炎、慢性鼻炎、萎缩性鼻炎、糜烂性鼻炎、儿童鼻炎的辅助治疗，通过对改善血液微循环，改善红细胞携氧功能，达到一定的消炎、消肿、镇痛作用	技术要求：有定时控制，定时结束后应能切断激光输出。有激光输出强度控制	1	9.8	

## 三、售后服务要求：

1. 免费提供操作、维护、维修培训。
2. 保修期：3 年以上。
3. 到货时，设备软、硬件为最新版本。
4. 验收前必须提供设备相关合格的性能报告。
5. 如果医院需要将设备接入医院信息系统，中标人负责按医院要求将设备接入医院信息系统，所需的硬件、软件以及接入费由供应商承担。

#### 四、评分标准：

评审项目		
序号	评议内容	权重分
1	公司证照齐全、合法有效；产品证照齐全	
2	提供设备的技术参数、性能、材质的符合性	20
3	设备设计制造先进性、整体方案：实用、合理、完整，且操控安装维修便利	20
4	设备运行可靠、稳定，有专业的安装调试技术指导与培训	20
5	产品的价格与产品性能、技术以及使用情况的合理性，是否优质优价	20
6	质量保证手段、保修期	10
7	耗材成本及耗材价格的合理性	5
8	售后服务响应时间、便利性和承诺	5