

广东医科大学顺德妇女儿童医院
(佛山市顺德区妇幼保健院)

肛肠多功能检查治疗仪等批医疗设备

项目需求书

一、项目概况：

根据医院业务发展需要，拟采购肛肠多功能检查治疗仪等医疗设备一批，现对此批设备项目进行市场调研。

二、项目内容及需求：

序号	项目名称	主要功能或目标	需满足的要求	数量	总预算 (万元)	备注
1	肛周多功能熏洗仪	手术后进行肛周熏洗，可以达到清洁伤口，促进伤口愈合，缩短住院病程，减少药占比，进一步节省医疗资源的目的。 达到既美观又实用的目的，良好的功能设计更能获得消费者的青睐。	1、雾化器一个。 2、烘干机一个。 3、滤水器一套。 4、进水管一根。 5、专用电源线一根。 6、随机耗材≥10套。	1	8	
2	肛肠多功能检查治疗仪	肛肠检查治疗仪用于检查、治疗各期内痔、外痔、混合痔、肛乳头纤维瘤、肛裂、肛痿、息肉等肛肠疾病。该设备在肛肠科应用广泛，临床效果显著，经济效益显著，是肛肠科室开展日常临床医疗工作的必备设备之一。	1、环保耐腐蚀高档专用台车一台 2、电脑彩色高分辨率视频接收卡一套 3、≥22寸液晶显示器一台 4、高性能电脑系统一套 5、彩色喷墨打印机一台 6、多部位病案管理专用软件一套 7、高清晰手持式带光源内窥检查系统一套（无需麻醉脱肛，适合任何型号肛门镜使用） 8、多功能治疗仪一套等	1	20	
3	干扰电治疗仪	治疗周围神经损伤或炎症引起的神经麻痹和肌肉萎缩、神经痛，骨关节、软组织疾患（肩周炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、软组织扭挫伤、肌筋膜炎、肌肉劳损、关节炎、狭窄性腱鞘炎、坐骨神经痛），术后肠粘连、术后肠麻痹、内脏平滑肌张力低下（胃下垂、弛缓性便秘）、胃肠功能紊乱、儿童遗尿症、尿潴留及妇科慢性炎症。	配备足量海绵和备用连接线	1	10	
4	高频胸壁振荡排痰仪（充气背心款）	1. 用于胸腔外部处置时进行气道清除治疗，适用于分泌物排出困难或由粘液阻塞引起的肺膨胀不全的患者。 2. 促进气道清除或改善支气管引流，为诊断评估收集粘液。	1. 频率、压力、时间可根据年龄、疾病多挡调节。 2. 产品设有急停开关。 3. 胸带气囊背心（S/M/L码数，附有内衬衣，可更换清洁消毒）及导气管软管多套，便于临床更换。	1	2.5	

三、售后服务要求：

1. 免费提供操作、维护、维修培训。
2. 保修期： 3 年以上。
3. 到货时，设备软、硬件为最新版本。
4. 验收前必须提供设备相关合格的性能报告。
5. 如果医院需要将设备接入医院信息系统，中标人负责按医院要求将设备接入医院信息系统，所需的硬件、软件以及接入费由供应商承担。
6. 免费质保期内，乙方免费提供每年2次以上维护保养服务，每次维护保养前需书面通知甲方设备工程师，要在甲方设备科工程师见证下进行，并出具维护保养报告。维护保养内容包括但不限于：

1	外观检查：	A、检查仪器各按钮、开关、接头插座有无松动及错位；
		B、插头插座的接触有无氧化、生锈或接触不良，电源线有无老化；
		C、散热排风是否正常；
		D、各种接地的连接和管道的连接是否良好。
2	清洁保养：	A、对仪器表面与内部电气部分，机械部分进行清洁；
		B、清洗过滤网及有关管道；
		C、对仪器有关插头插座进行清洁；
		D、防止接触不良；
		E、对必要的机械部分进行加油润滑。
3	检查易损件及附件：	A、检查易损件是否正常；
		B、附件是否完整。
4	功能检查（校准和调试）：	A、开机检查各指示灯、按键、各功能，参数是否符合要求，校准和调试是否达到正常。
5	安全检查：	A、电气安全检查，检查各种引线，插头，连接器等有无破损，地线是否牢靠，接地电阻和漏电电流是否在允许限度内；
		B、机械检查：检查机架是否牢固，机械运转是否正常；
		C、各连接部件有无松动、脱落或破裂现象。